


# 시험결과서

제 목 : 시험결과서 (2022-TS-00112)

한국기초과학지원연구원 오창센터 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 162	발행번호 TS-00112-2 페이지 (1/1)	 한국기초과학지원연구원 KOREA BASIC SCIENCE INSTITUTE
--	---------------------------------	--

1. 의뢰자

- 기관명 : 성신CM
- 주소 : (31750)충청남도 당진시 신평면 당진항만로 65, 성신CM
- 의뢰일자 : 2022-01-12

2. 시험결과서의 용도 품질관리

3. 시험대상품목/물질/시료명 : 고로슬래그 시멘트 (2종)

4. 시험기간 : 2022-01-12 ~ 2022-01-18

5. 시험방법 : 고순도게르마늄감마선검출기

6. 시험환경 (필요한 경우)

7. 시험결과

(단위 : Bq/kg)

시료명	I-131	Cs-134	Cs-137
고로슬래그 시멘트 (2종)	< 0.7	< 0.8	< 0.7

끝

상기 내용은 의뢰자가 제공한 시료에 대한 결과이며, 시료명은 의뢰자가 제시한 것으로  
 시험결과서의 직인이 없거나 사본은 무효임.  
 시험결과서는 “용도 이외의 사용 (법적 분쟁 또는 상업적 광고용 등)”을 금함.

확 인	작성자(시험자)	승인자
	한정희 01/18	김정민 01/18



2022.01.18.

한국기초과학지원연구원장

